

Labor für Veterinärmedizin, Trinkwasser und Hygiene

Dr.med.vet. Ursula Meier, TÄ Michaela Frank
Dr.med.vet. Stefanie Eggert

Akkreditiert nach DIN EN ISO 17025



DUNLOPSTRASSE 50 33689 BIELEFELD-SENNESTADT
TEL. 0 52 05 . 72 99-0 FAX 0 52 05 . 72 99-115

Kundennummer : Z0902

P
Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter P. Grzonka
Dr. Dirk Reißmann
Zahnärzte
Dreherstr. 3
40625 Düsseldorf

Auftr.-Nr.: SH SE18 0012

Prüfbericht
Seite 1/3

Tel. : 0211 282524

Entnahmedatum: 17.05.18
Eingangsdatum: 18.05.18

Prüfungsbeginn: 18.05.18 11:16
Prüfungsende : 28.05.18 10:06
Berichtsdruck : 28.05.18 14:10

Hygieneüberprüfung

Gerät :
Seriennummer :
Anzahl Bioindikatoren :
Typ Indikatoren :

Probenehmer: Praxispersonal
**Mikrobiologische Untersuchung des Betriebswassers von zahnärztlichen
Behandlungseinheiten nach RKI-Richtlinien (2)**
(Probenvolumen 250 ml; keine akkreditierte Probenahme, erfolgte durch Einsender)

Wasseruntersuchung, mikrobiologisch

Wasserprobe (einer zahnärztl. Behandlungseinheit)
Zimmer 1

Probenvolumen	250	ml	
Probeneingangstemperatur	13.0	°C	
Probenahmezeit	08:55Uhr		
Probenahmeverfahren	keine akkreditierte Probenahme		
Temperatur (Abnahme)	26.5	°C	
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml	Grenzwert: 100 (TrinkwV 2001 Anl.5Id)bb)
Legionellen (Filtr. 100ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (DIN EN ISO 11731-2(K22) 2008-05)
Legionellen (Direkt 2x0.5ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (ISO 11731:1998-05)

Wasserprobe (einer zahnärztl. Behandlungseinheit)
Zimmer 2

Probenvolumen	250	ml	
Probeneingangstemperatur	12.9	°C	
Probenahmezeit	08:55Uhr		
Probenahmeverfahren	keine akkreditierte Probenahme		
Temperatur (Abnahme)	29.8	°C	



Dr.med.vet. Ursula Meier, TÄ Michaela Frank
Dr.med.vet. Stefanie Eggert

DUNLOPSTRASSE 50 33689 BIELEFELD-SENNESTADT
TEL. 0 52 05 . 72 99-0 FAX 0 52 05 . 72 99-115

*Akkreditiert nach DIN EN ISO 17025

P
Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter P. Grzonka
Dr. Dirk Reißmann
Zahnärzte
Dreherstr. 3
40625 Düsseldorf

Kundennummer : Z0902

Auftr.-Nr.: SH SE18 0012

Prüfbericht
Seite 2/3

Tel. : 0211 282524

Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml	Grenzwert: 100 (TrinkwV 2001 Anl.5Id)bb)
Legionellen (Filtr. 100ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (DIN EN ISO 11731-2(K22) 2008-05)
Legionellen (Direkt 2x0.5ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (ISO 11731:1998-05)

Wasserprobe (einer zahnärztl. Behandlungseinheit)
Zimmer 3

Probenvolumen	250	ml	
Probeneingangstemperatur	13.1	°C	
Probenahmezeit	08:55Uhr		
Probenahmeverfahren	keine akkreditierte Probenahme		
Temperatur (Abnahme)	24.9	°C	
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml	Grenzwert: 100 (TrinkwV 2001 Anl.5Id)bb)
Legionellen (Filtr. 100ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (DIN EN ISO 11731-2(K22) 2008-05)
Legionellen (Direkt 2x0.5ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (ISO 11731:1998-05)

Wasserprobe (einer zahnärztl. Behandlungseinheit)
Zimmer 4

Probenvolumen	250	ml	
Probeneingangstemperatur	11.0	°C	
Probenahmezeit	08:55Uhr		
Probenahmeverfahren	keine akkreditierte Probenahme		
Temperatur (Abnahme)	24.9	°C	
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml	Grenzwert: 100 (TrinkwV 2001 Anl.5Id)bb)
Legionellen (Filtr. 100ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (DIN EN ISO 11731-2(K22) 2008-05)
Legionellen (Direkt 2x0.5ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (ISO 11731:1998-05)

Wasserprobe (einer zahnärztl. Behandlungseinheit)
Zimmer 5

Dr.med.vet. Ursula Meier, TÄ Michaela Frank
Dr.med.vet. Stefanie Eggert

DUNLOPSTRASSE 50 33689 BIELEFELD-SENNESTADT
TEL. 0 52 05 . 72 99-0 FAX 0 52 05 . 72 99-115

*Akkreditiert nach DIN EN ISO 17025

P
Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter P. Grzonka
Dr. Dirk Reißmann
Zahnärzte
Dreherstr. 3
40625 Düsseldorf

Kundennummer : Z0902

Auftr.-Nr.: SH SE18 0012

Prüfbericht
Seite 3/3

Tel. : 0211 282524

Probenvolumen	250	ml	
Probeneingangstemperatur	11.0	°C	
Probenahmezeit	08:55Uhr		
Probenahmeverfahren	keine akkreditierte Probenahme		
Temperatur (Abnahme)	24.1	°C	
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml	Grenzwert: 100 (TrinkwV 2001 Anl.5Id)bb)
Legionellen (Filtr. 100ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (DIN EN ISO 11731-2 (K22) 2008-05)
Legionellen (Direkt 2x0.5ml)	< 1	KBE/100ml	Richtwert: <100 (ISO 11731:1998-05)

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen hygienisch nicht zu beanstanden.

Prüfbericht wurde freigegeben von Frau Michaela Frank, Tierärztin (Bereichsleitung
Veterinärmedizin, stellv. Bereichsleitung Trinkwasser und Lebensmittelhygiene)